

Дом здравља Пожаревац
Јована Шербановића 12
12000 Пожаревац

Дом здравља Пожаревац

02-301

Датум: 22 NOV 2019 год

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Извештаја о стручној оцени понуда бр 02-300 од 20.11.2019.године директор Дома здравља Пожаревац доноси:

ОДЛУКУ

о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр 19/2019 а за набавку
два аутоклава за дечју стоматологију

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности за набавку број 19/2019 – а за набавку два аутоклава за дечју стоматологију

Образложење

Наручилац је дана 16.09.2019.године донео одлуку бр 02-217 о покретању поступка јавне набавке мале вредности 19/2019 за набавку два аутоклава за дечју стоматологију

Ознака из општег речника набавке: 33191110 - Аутоклави
Процењена вредност јавне набавке је: **1.083.000,00** динара без ПДВ-а.

Податак о позицији у финансијском плану:

Набавка је предвиђена у Плану набавки ДЗ Пожаревац за 2019 годину, на позицији 1.1.16. конто 512511 Средства су обезбеђена од стране Града Пожаревца.

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 28.10.2019.године, на адресу Наручиоца благовремено односно до 08.11.2019. до 10 часова, доспеле су понуде следећих понуђача:

1. „DND COMMERCE“, Цара Душана 266, 11080 Земун, Београд. Број заведене понуде: 19-060 од 30.10.2019. године, заведене код Наручиоца: 02-282 од 05.11.2019.године. Понуђена цена без пдв-а: 835.500,00 динара без пдв-а, односно: 1.002.600,00 динара са пдв-ом.

2. „Medipro International“ D.O.O., Незнаног Јунака број 37, 11040 Београд, 33. Број заведне понуде: 2324 од 06.11.2019.год-, заведена код наручиоца под бројем: 02-285 од 07.11.2019. Понуђена цена без пдв-а: 635.860,00 односно: 763.032,00 динара са пдв-ом.

3. „Medipro MPM“ D.O.O., Снежане Хрепевник број 32, 11090 Београд Број заведне понуде: 06-11/19 од 06.11.2019.год-, заведена код наручиоца под бројем: 02-286 од 07.11.2019. Понуђена цена без пдв-а: 660.000,00 односно: 792.000,00 динара са пдв-ом.

4. „Plast dent“, D.O.O., Византијски Булевар 35, 18000 Ниш. Број заведне понуде: 0211/19 од 02.11.2019. година, заведена код наручиоца под бројем: 02-287 од 07.11.2019. Понуђена цена без пдв-а: 826.000,00 односно: 991.200,00 динара са пдв-ом.

5. „СУПЕРЛАБ“, Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд. Број заведне понуде: П19-242946 од 04.11.2019. година, заведена код наручиоца под бројем: 02-288 од 07.11.2019. Понуђена цена без пдв-а: 939.720,00 односно: 1.127.664,00 динара са пдв-ом.

6. „Trivax“, ул. Трише Кацлеровића 24а, 11000 Београд. Број заведене понуде: PN1149/19 од 05.11.2019.године, Понуђена цена без пдв-а: 1.042.044,00 динара без пдв-а, односно: 1.250.452,80 динара без пдв-а.

Јавно отварање понуда је спроведено дана 08.11.2019.године у 10,30 часова у складу са Законом јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015).

Стручна оцена понуда обавља се пред Комисијом за јавне набавке мале вредности дана 20.11.2019.године у складу са критеријумима из конкурсне документације.

Критеријум за избор најповољније понуде је **најниже понуђена цена**.

На основу извршеног прегледа благовремених понуда и поднетих доказа о испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 14/15 и 68/2015), и применом критеријума најниже понуђена цена, Комисија констатује следеће:

1. Понуда понуђача **„DND COMMERCE“**, Цара Душана 266, 11080 Земун, Београд. Број заведене понуде: 19-060 од 30.10.2019. године, заведене код Наручиоца: 02-282 од 05.11.2019.године. Понуђена цена без пдв-а: 835.500,00динара без пдв-а, односно:1.002.600,00динара са пдв-ом. Понуда је неодговарајућа у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама, из разлога што је понуђено добро које не испуњава захтев дефинисан техничком спецификацијом тј. у позицији 5 техничке спецификације дефинисано је да предметно добро има распон температуре стерилизације од 105⁰ С до 134⁰ С. У доставтављеној Техничкој спецификација 10.1Конкурсне докумнетације , а под тачком 5 наведено је да понуђено добро има распон температуре стерилизације од 105⁰ С до 134⁰С, и да доказ истог се налази на страни 5 достављене понуде. Увидом у страну број 5 , уочено је и евиденто да распон температуре не испуњава техничке спецификације и да је распон температуре стерилизације у интервалима од 121⁰ С до 134⁰ С , тако да понуђено добро не испуњава услов из техничке спецификације те сходно члану 3. став 1. тачка 32 Закона о јавним набавкама, наведена понуда неодговарајућа јер не испуњава све техничке спецификације, а самим тим Комисија прелаже одговорном лицу Наручиоца да , а на основу члана 3. став 1. тачка 33 одбија понуду као неприхватљиву.
2. Понуда понуђача **„Medipro International“ D.O.O., Незнаног Јунака број 37, 11040 Београд, 33.** Број заведне понуде: 2324 од 06.11.2019.год-, заведена код Наручиоца под бројем: 02-285 од 07.11.2019. Понуђена цена без пдв-а: **635.860,00**односно: **763.032,00**динара са пдв-ом. Понуда је неодговарајућа у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама, из разлога што је понуђено добро које не испуњава захтев дефинисан техничком спецификацијом тј. у позицији 5 техничке спецификације дефинисано је да предметно добро има распон температуре стерилизације од 105⁰ С до 134⁰ С. У доставтављеној Техничкој спецификација 10.1Конкурсне докумнетације , а под тачком 5 наведено је да понуђено добро има распон температуре стерилизације од 105⁰ С до 134⁰С, и да доказ истог се налази у Прилогу 4 достављене понуде. Увидом у Прилог број 4, а на страни број 14 сигниран је текст на енглеском језику чијим преводом се не доказује да понуђено добро има захтевани распон температуре стерлизације у интервалима од 105⁰ С до 134⁰ С те тако не испуњава техничке спецификације те сходно члану 3. став 1. тачка 32 Закона о јавним набавкам, наведена понуда неодговарајућа јер не испуњава све техничке спецификације, а Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца , а на основу члана 3. став 1. тачка 33 , одбије као као неприхватљиву.
3. Понуда понуђача **„Medipro MPM“ D.O.O., Снежане Хрепевник број 32, 11090 Београд** Број заведне понуде: 06-11/19 од 06.11.2019.год-, заведена код наручиоца под бројем: 02-286 од 07.11.2019. Понуђена цена без пдв-а: 660.000,00односно: 792.000,00динара са пдв-ом. Понуда је неодговарајућа у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама, из разлога што је понуђено добро које не испуњава захтев дефинисан техничком спецификацијом

тј. у позицији 3 техничке спецификације дефинисано је да је потребно да предметно добро има 4 тацне за одлагање инструмената који се стерилишу. У достављеној Техничкој спецификацији 10.1 Конкурсне документације, а под тачком 3 наведено је да понуђено добро има 4 тацне за одлагање инструмената, и доказ томе је Изјава понуђача. Увидом у Изјави број HV-YZ190726-S, наведено је да уређај поседује једну јединицу за пуњење са 3(три) стандардне тацне или 6(шест) мањих тацни. Овај захтев не испуњава техничке спецификације те сходно члану 3. став 1. тачка 32 Закона о јавним набавкама, наведена понуда неодговарајућа јер не испуњава све техничке спецификације, те Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да одбије понуду као, а на основу члана 3. став 1. тачка 33 као неприхватљиву. На основу захтева Наручиоца, а у виду додатног услова Конкурсне документације, захтевано је да понуђено добро буде уписано у регистар медицинских средстава при АЛИМС-у, а као доказ томе уз понуду доставља се фотокопија важећег решења о упису у регистар медицинских средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства, понуђач није одговорио на захтев Наручиоца и доставио је решење које је истекло 14.10.2019. године, односно није важеће на дан покретања поступка јавне набавке, те је на основу Закона о јавним набавкама, а сходно члану 106 став 1 тачка 2, Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да исту одбије као неприхватљиву.

4.

Понуда понуђача . „Plast dent“, D.O.O., Византијски Булевар 35, 18000 Ниш. Број заведне понуде: 0211/19 од 02.11.2019. година, заведена код наручиоца под бројем: 02-287 од 07.11.2019. Понуђена цена без пдв-а: 826.000,00 односно: 991.200,00 динара са пдв-ом. На основу захтева Наручиоца, а у виду додатног услова Конкурсне документације, захтевано је да понуђено добро буде уписано у регистар медицинских средстава при АЛИМС-у, а као доказ томе уз понуду доставља се фотокопија важећег решења о упису у регистар медицинских средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства, понуђач није одговорио на захтев Наручиоца и доставио је Изјаву бб од 06.11.2019. год о упису у регистар медицинских средстава у којој је наведено да је понуђени производ уписан у регистар медицинских средстава под бројем: **515-02-03432-2019-7**. Увидом у АЛИМС-а, претраживањем медицинских средстава под наведеним бројем регистрације, није пронађен ниједан критеријум, те је на основу Закона о јавним набавкама, а сходно члану 106 став 1 тачка 2, Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да исту одбије као неприхватљиву.

5.

Понуда понуђача „СУПЕРЛАБ“, Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд. Број заведне понуде: П19-242946 од 04.11.2019. година, заведена код наручиоца под бројем: 02-288 од 07.11.2019. Понуђена цена без пдв-а: 939.720,00 односно: 1.127.664,00 динара са пдв-ом. Понуда је неодговарајућа у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама, из разлога што је понуђено добро које не испуњава захтев дефинисан техничком спецификацијом тј. у позицији 5 техничке спецификације дефинисано је да предметно добро има распон температуре стерилизације од 105°C до 134°C . У достављеној Техничкој спецификацији 10.1 Конкурсне документације, а под тачком 5 наведено је да понуђено добро има распон температуре стерилизације од 105°C до 134°C , и да доказ истог се налази на страни 10,11,2 и 19 достављене понуде. Увидом у страну број 5, уочено је и евидентно да распон температуре не испуњава техничке спецификације и да је распон температуре стерилизације у интервалима од 121°C до 134°C , тако да понуђено добро не испуњава услов из техничке спецификације те сходно члану 3. став 1. тачка 32 Закона о јавним набавкама, наведена понуда неодговарајућа јер не испуњава све техничке

спецификације, а самим тим Комисија прелаже одговорном лицу Наручиоца да , а на основу члана 3. став 1. тачка 33 одбија понуду као неприхватљиву.

6. Понуда понуђача „Trivax“, ул. Трише Кацлериовића 24а, 11000 Београд. Број заведене понуде: PN1149/19 од 05.11.2019.године, Понуђена цена без пдв-а: 1.042.044,00 динара без пдв-а, односно: 1.250.452,80 динара без пдв-а. Понуда је неодговарајућа у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама, из разлога што је понуђено добро које не испуњава захтев дефинисан техничком спецификацијом тј. у позицији 5 техничке спецификације дефинисано је да предметно добро има распон температуре стерилизације од 105⁰ С до 134⁰ С. У достављеној Техничкој спецификација 10.1 Конкурсне документације , а под тачком 5 наведено је да понуђено добро има распон температуре стерилизације од 105⁰ С до 134⁰С, и да доказ истог се налази на страни 1 Каталога 3 достављене понуде. Увидом у страну број 1, Каталога 3 , уочено је и евидентно да распон температуре не испуњава техничке спецификације и да је распон температуре стерилизације у интервалима од 121⁰ С до 134⁰ С , тако да понуђено добро не испуњава услов из техничке спецификације те сходно члану 3. став 1. тачка 32 Закона о јавним набавкама, наведена понуда неодговарајућа јер не испуњава све техничке спецификације, а самим тим Комисија прелаже одговорном лицу Наручиоца да , а на основу члана 3. став 1. тачка 33 одбија понуду као неприхватљиву.

По одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама , након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора , ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Како није испуњен услов из члана 107. став 3, а сходно члану 107. став 1. и члану 109 став 1. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку мале вредности за набавку добара 19/2019 – Два аутоклава за дечју стоматологију предложила одговорном лицу наручиоца да одбије све преспеле понуде као неприхватљиве и донесе **Одлуку о обустави поступка**

Као одговорно лице Наручиоца директор Дома здравља Пожаревац је прихватио предлог Комисије и донео одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности **19/2019 – Два аутоклава за дечју стоматологију**

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки и Интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.



НАРУЧИЛАЦ

Дом Здравља Пожаревац

Директор

Др Снежана Стојковић спец педијатар